

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ»

Паспорт

ДВТР.425621.034ПС

1 Назначение

1.1 Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» (далее – Пульт) является компонентом комплекса речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед» и предназначен (в составе с другими компонентами) для его построения.

1.2 Пульт предназначен для фиксации дежурной медсестрой вызовов от пациента(-ов).

1.3 Пульт осуществляет приём и передачу голосовых сообщений между медицинской сестрой и пациентом.

1.4 Пульт осуществляет приём и передачу голосовых сообщений между персоналом отделения (дежурной медсестрой) и врачом.

1.5 Пульт выпускается в соответствии с техническим условиями ДВТР.465213.001ТУ.

2 Технические характеристики:

2.1 основное постоянное напряжение питания от блока «Тромбон СОРС-ЛБС» – от 8 до 36 В;

2.2 мощность, потребляемая от блока «Тромбон СОРС-ЛБС» – не более 1,8 Вт;

2.3 количество портов RS485 (четырёхпроводной) для связи с «Тромбон СОРС-ЛБС» – 2 шт.;

2.4 количество портов RS485 (двухпроводной) для связи с ПК – 1 шт.;

2.5 максимальная длина линий связи между с «Тромбон СОРС-ЛБС» и ПК – 1200 м;

2.6 количество ПМ, подключаемых к одному «Тромбон СОРС-ЛБС» – 1 шт.;

2.7 количество Пультов в одной системе – от 1 до 4 шт.;

2.8 количество контролируемых абонентских вызывных устройств – от 1 до 512 шт.;

2.9 количество зон оповещения – от 1 до 99 шт.;

2.10 типовая длина микрофона – 235 мм;

2.11 материал корпуса – сталь;

2.12 рабочий диапазон температур – от плюс 5 до плюс 40°C;

2.13 климатическое исполнение – IP40;

2.14 габаритные размеры Пульта без микрофона – не более 320x142x50 мм;

2.15 вес Пульта – не более 1,4 кг.

По устойчивости к электромагнитным помехам Пульт соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325–2012.

Пульт удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3 Комплект поставки:

3.1 пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» – 1 шт.;

3.2 микрофон съёмный – 1 шт.;

3.3 руководство по эксплуатации – 1 шт.;

3.4 паспорт – 1 шт.;

3.5 упаковка – 1 шт.;

3.6 вилка RJ-45 – 3 шт.

4 Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт Пульта потребителем не допускается.

Доставка Пульта к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии на Пульт прекращается в следующих случаях:

- выхода Пульта из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта Пульта потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

5 Сведения о приёмке

Пульт медсестры «Тромбон СОРС-Мед-ПМ» ДВТР.425621.034,

серийный номер _____ дата изготовления _____

соответствует техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6 Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73