

Комплекс речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед»

Устройство пациента

«Тромбон СОРС-Мед-УП» ДВТР.465214.003

Паспорт

1. Общие положения

Устройство пациента «Тромбон СОРС-Мед-УП» (далее – УП) является компонентом комплекса речевой палатной сигнализации «Тромбон СОРС-Мед» ДВТР.465213.001.

УП, в составе с другими компонентами комплекса «Тромбон СОРС-Мед», предназначено для построения систем в медицинских учреждениях громкоговорящей экстренной связи для маломобильных групп населения (далее – МГН).

УП выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ в корпусе, предназначенном для накладного настенного монтажа.

2. Технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от «Тромбон СОРС-ЛБС»	8...36 В*
Потребляемая мощность не более	0,4 Вт
Интерфейс связи	RS485
Максимальная длина линий интерфейса связи RS485	1200 м
Габаритные размеры УП не более (высота, ширина, толщина)	140x100x48 мм
Вес УП не более	0,2 кг
Диапазон температур эксплуатации УП	+5...+40°C
Класс защиты	IP20

* При эксплуатации УП необходимо учитывать количество и диапазон напряжений питания других устройств комплекса «Тромбон СОРС-Мед», которые подключаются к цепям питания УП.

3. Комплект поставки

Устройство пациента «Тромбон СОРС-Мед-УП»	– 1 шт.
Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Коробка распределительная «Тромбон СОРС-Мед-КР» ДВТР.469433.001	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства пациента «Тромбон СОРС-Мед-УП» техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации УП составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать УП за свой счёт, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт УП потребителем не допускается.

Доставка УП к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии на УП прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта УП потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

5. Свидетельство о приёмке.

Устройство пациента «Тромбон СОРС-Мед-УП»

серийный номер _____ дата изготовления _____

соответствует техническим условиям ДВТР.465213.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73